

	AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE	Rev. 02 Data versione 18/12/2017
	<i>S.O. Acquisizione Beni e Servizi</i>	Pagina 1 di 5

1753 PA AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT PROCEDURALI PER BISTURI AD ULTRASUONI

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G. M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona (di seguito, per brevità “stazione appaltante”) rende noto che, per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura inerente l’affidamento della fornitura di Kit Procedurali vari e relativi Bisturi ad ultrasuoni in uso gratuito, intende effettuare apposita consultazione preliminare di mercato ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla “consultazione” fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata (allegati 1 e 2) al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti della Stazione appaltante ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso. L’affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016. La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, “a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza” (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016).

La forma dei contributi è libera (è preferibile che i file siano costituiti da documenti elettronici piuttosto che da scansioni di documenti cartacei) e potrà comprendere la documentazione di cui all'art. 66 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

I contributi dovranno essere completi delle informazioni richieste nell'allegato 2 al presente avviso.

I contributi devono pervenire entro il 11/09/2018 a mezzo PEC all'indirizzo

	AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE	Rev. 02 Data versione 18/12/2017
	<i>S.O. Acquisizione Beni e Servizi</i>	Pagina 2 di 5

abs.aou.ancona@emarche.it. La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: "1753 PA Consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura aperta/negoziata per l'affidamento della fornitura di Kit procedurali per Bisturi ad Ultrasuoni - invio contributo". La Stazione appaltante non prenderà in considerazione contributi che non siano presentati con le descritte modalità ed entro il termine indicato.

Per ogni ulteriore informazione attinente alle modalità di partecipazione alla presente consultazione è possibile utilizzare il su indicato recapito telematico.

Si precisa infine che:

- la documentazione di gara che sarà pubblicata (o, in caso di procedura negoziata, inviata al/agli operatore/i invitati) nella eventuale successiva procedura di affidamento potrà subire modifiche anche di rilievo rispetto a quella allegata in bozza al presente avviso;
- dell'esito della presente "consultazione preliminare di mercato" si darà atto in sede di indizione di gara mediante apposito documento allegato alla determinazione di indizione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante.

Ancona, li 07/08/2018

IL DIRETTORE
SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Emanuele Giammarini

	AVVISO	Rev. 02 Data versione 18/12/2017
	CONSULTAZIONE PRELIMINARE	
	<i>S.O. Acquisizione Beni e Servizi</i>	Pagina 3 di 5

1753 PA AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT PROCEDURALI PER BISTURI AD ULTRASUONI

ALLEGATO 1

FINALITA' DELL'AVVISO

Il presente avviso ha lo scopo di condurre un'indagine di mercato volta a definire quali sono gli operatori del mercato in grado di rispondere ad una procedura destinata a soddisfare le esigenze di questa stazione appaltante.

La Stazione appaltante, qualora ritenuto necessario, anche ai fini dell'accertamento dei requisiti funzionali, potrà richiedere la disponibilità ad effettuare una verifica della funzionalità delle apparecchiature mediante prova pratica, gratuita, in conto visione. Qualora non sia possibile procedere con la prova pratica in conto visione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di visionare i beni uguali a quelli offerti in fornitura, installati e funzionanti presso altra Azienda Sanitaria/Ospedaliera. Qualora tale facoltà venga esercitata, la Ditta dovrà mettere a disposizione personale esperto al fine di supportare la Stazione appaltante nella visione del sistema.

Le eventuali risultanze derivate dalla prova pratica della tecnologia proposta, forniranno indicazioni utili ai progettisti per stabilire l'eventuale suddivisione in lotti e gli eventuali pesi da assegnare agli aspetti qualitativi rilevati.

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE

Fornitura dei seguenti beni e servizi:

- kit procedurali dedicati alle attività chirurgiche (di seguito specificate) e contestuale fornitura in comodato d'uso gratuito di n. 3 Bisturi ad ultrasuoni con funzioni di aspirazione ed irrigazione integrate
- Servizi di:
 - Consegna e Installazione
 - Formazione all'uso
 - Assistenza Tecnica FR "Tutto Incluso" per tutta la durata del contratto

SERVIZI RICHIEDENTI

- SOD Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei Trapianti
- SOD Clinica di Neurochirurgia Oncologica e d'Urgenza
- SOSD Neurochirurgia Generale con particolare interesse pediatrico

	AVVISO	Rev. 02 Data versione 18/12/2017
	CONSULTAZIONE PRELIMINARE	
	<i>S.O. Acquisizione Beni e Servizi</i>	Pagina 4 di 5

DESTINAZIONE D'USO

Interventi chirurgici che prevedono attività di:

- resezione epatica
- dissezione epatica in laparoscopia
- resezione dei tumori cerebrali

DURATA DELLA FORNITURA

La durata contrattuale complessiva è pari a complessivi 36 mesi (3 anni) a partire dalla data di collaudo tecnico delle apparecchiature. Al termine dei 3 anni, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere la durata contrattuale per un massimo di ulteriori 24 mesi, secondo quanto indicato nel Quadro Economico di riferimento.

IMPORTO PRESUNTO (ESCLUSA IVA)

PRESUNTO QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO	
VOCI (consumi annui presunti)	IMPORTI
Esigenze della Chirurgia Epatobiliare: n.100 Kit procedurali	
Esigenze della Neurochirurgia:	
Ambito pediatrico: (P.O. Salesi) n.50 Kit procedurali	
Ambito adulti: (P.O. Torrette) n.200 Kit procedurali	
Totale Complessivo (3 Anni)	€ 1.600.000,00
Estensione (ulteriori 2 anni)	€ 900.000,00

Totale complessivo presunto della procedura: € 2.500.000,00 + IVA (22%)
--

	AVVISO	Rev. 02 Data versione 18/12/2017
	CONSULTAZIONE PRELIMINARE	
	<i>S.O. Acquisizione Beni e Servizi</i>	Pagina 5 di 5

1753 PA AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT PROCEDURALI PER BISTURI AD ULTRASUONI

ALLEGATO 2

SPECIFICHE DI CARATTERE GENERALE

BISTURI A ULTRASUONI		
Caratteristiche	SI/NO	NOTE
Console compatta che permetta almeno la selezione dei parametri: aspirazione, frammentazione e irrigazione		
Possibilità di impostare la sensibilità alla selettività dei tessuti (dettagliare)		
Carrello di trasporto		
Doppio pedale di comando		
Manipolo da 23 kHz sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura		
Manipolo da 36 kHz sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura		
Manipolo dedicato alle attività laparoscopiche		
Materiali necessari per la corretta pulizia e detersione del sistema/console (dettagliare)		
Accessori necessari per il corretto trasporto delle componenti che necessitano di sterilizzazione per il corretto utilizzo (dettagliare)		