

	AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE	Rev. 01 del 19.09.2016
		Pagina 1 di 2

[1421 CF] AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°1 LASER TERAPEUTICO CON LAMPADA A FESSURA A LUCE LED E TAVOLO ELETTRIFICATO PER STRUMENTI OFTALMICI

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G. M. Lancisi – G. Salesi" di Ancona (di seguito, per brevità "stazione appaltante") rende noto che, per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura inerente la fornitura n.1 LASER TERAPEUTICO con lampada a fessura a luce LED e tavolo elettrificato per strumenti oftalmici, intende effettuare apposita consultazione preliminare di mercato ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla "consultazione" fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti della Stazione appaltante ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso. L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016. La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, *"a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza"* (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016).

La forma dei contributi è libera (è preferibile che i file siano costituiti da documenti elettronici piuttosto che da scansioni di documenti cartacei) e potrà comprendere la documentazione di cui all'art. 66 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

I contributi devono pervenire entro il 10 OTTOBRE 2016 a mezzo PEC all'indirizzo

	AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE	Rev. 01 del 19.09.2016
		S.O. Acquisizione Beni e Servizi
		Pagina 2 di 2

abs.aou.ancona@emarche.it. La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: **"[1421 CF] Consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di n.1 LASER TERAPEUTICO con lampada a fessura a luce LED e tavolo elettrificato per strumenti oftalmici - invio contributo"**. La Stazione appaltante non prenderà in considerazione contributi che non siano presentati con le descritte modalità ed entro il termine indicato.

Per ogni ulteriore informazione attinente alle modalità di partecipazione alla presente consultazione è possibile utilizzare il su indicato recapito telematico oppure telefonare al n. 071.596.3538 (per informazioni di carattere amministrativo) o al n. 071.596.4954 (per informazioni inerenti alle specifiche tecniche ed agli altri elementi di natura tecnico/economica).

Si precisa infine che:

- la documentazione di gara che sarà pubblicata nella eventuale successiva procedura di affidamento potrà subire modifiche anche di rilievo rispetto a quella allegata in bozza al presente avviso;
- dell'esito della presente "consultazione preliminare di mercato" si darà atto in sede di indizione di gara mediante apposito documento allegato alla determinazione di indizione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante.

Ancona, li 23/9/2016

IL DIRETTORE
SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Emanuele Giammarini
(documento sottoscritto con firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- 1 **Base d'asta: 65.000 € +IVA**
- 2 **Oggetto della fornitura: n.1 LASER TERAPEUTICO con lampada a fessura a luce LED e tavolo**
- 3 **elettrificato per strumenti oftalmici; Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche di minima:**
- 4
- 5 **Laser:**
- 6 • 'Laser giallo' a stato solido: lunghezza d'onda del fascio operativo 577nm;
- 7 • Potenza al tessuto regolabile fino a 2 W;
- 8 • Modalità operative continua CW, pulsata e micropulsata con ampia possibilità di variare la durata del
- 9 singolo impulso e del treno di impulsi;
- 10 • Trattamento laser variabile dal singol-spot a matrici (pattern) modificabili dall'operatore;
- 11 • Display di visualizzazione di tipo touch screen dei parametri operativi;
- 12 • Pedale per il controllo dei parametri operativi.
- 13
- 14 **Lampada a Fessura:**
- 15 • Sistema di illuminazione a luce LED ad intensità variabile e dispositivo di fissazione puntiforme
- 16 oscurabile;
- 17 • Sistema di visualizzazione a stereomicroscopio di tipo galileiano binoculare parallelo o convergente,
- 18 angolo di convergenza compreso fra 10°-15°, 5 ingrandimenti a comando manuale;
- 19 • Sistema di trasmissione ottico di elevata qualità;
- 20 • Ampio campo di osservazione e distanza di lavoro (occhio – prisma);
- 21 • Possibilità di regolare la distanza interpupillare e di variare la correzione per la ametropia;
- 22 • Posizionamento dell'unità base variabile nelle 3 direzioni spaziali con controllo tramite joystick che
- 23 consente anche il blocco dell'unità;
- 24 • Posizionamento della mentoniera variabile;
- 25 • Filtri: blu, verde senza rosso, grigio,
- 26 • Ampiezza della Fessura e diametro di illuminazione di dimensioni variabili;
- 27 • Rotazione della fessura di 180° ed inclinazione variabile da 0-20°;
- 28 • Rotazione del sistema di illuminazione.
- 29
- 30 **Accessori compresi nella fornitura:**
- 31 • Tavolo elettrificato per strumenti oftalmici.
- 32