



S.O. Acquisizione Beni e Servizi
Via Conca 71 – 60126 Torrette di Ancona
Tel. 071.596.3512/3535 – Fax 071.596.3547
Pec : abs.aou.ancona@emarche.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (art. 36 comma 2 lettera B) D.Lgs. 50 del 18/04/2016)

OGGETTO: 1566CF - fornitura Microcateteri con e senza guida per embolizzazione periferica

Il presente avviso è finalizzato all'espletamento di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento della fornitura in oggetto.

1. **Valore dell'affidamento:** € 63.450,00 su base annuale, € 190.350,00 su base triennale
2. **Elementi essenziali del contratto:** fornitura di Microcateteri con e senza guida per embolizzazione periferica, suddivisa in due lotti. Si allega documento contenente le specifiche tecniche, prezzi a base di gara, quantitativi presunti e criteri di aggiudicazione per una valutazione preliminare dell'interesse a partecipare ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
3. **Requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione:** gli operatori economici per essere invitati alla successiva procedura negoziata non devono trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato all'atto della presentazione dell'offerta nella successiva procedura mediante compilazione del modello DGUE.
4. **Numero di operatori che saranno invitati alla procedura:** tutti gli operatori economici che ne faranno richiesta secondo quanto previsto al punto 7 saranno invitati a presentare offerta
5. **Criteri di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa per entrambi i lotti

6. **Modalità per comunicare con la stazione appaltante:** tutte le comunicazioni devono essere effettuate mediante invio alla seguente PEC: abs.aou.ancona@emarche.it.
7. **Modalità di svolgimento della procedura:** Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno far pervenire entro il termine perentorio del giorno **21/02/2017** tramite **PEC** all'indirizzo abs.aou.ancona@emarche.it manifestazione di interesse alla partecipazione con richiesta di essere invitati riportando nell'oggetto della comunicazione:
“1566CF - fornitura Microcateteri con e senza guida per embolizzazione periferica - manifestazione di interesse a partecipare ai sensi art. 36 D.Lgs 50/2016” precisando i dati identificativi dell'operatore economico, del soggetto che lo rappresenta con indicazione dei relativi poteri rappresentativi e dell'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni.

I documenti di gara saranno inviati con lettera d'invito successivamente alla richiesta di partecipazione, oppure saranno resi disponibili in apposita piattaforma telematica di negoziazione nel caso in cui la procedura fosse interamente gestita con sistemi telematici (che saranno indicati all'atto dell'invito).

Il presente avviso non è vincolante per la Azienda che si riserva la facoltà di invitare o ammettere alla successiva procedura anche altre Ditte operanti nel settore.

Si precisa che il presente avviso riguarda l'acquisto di dispositivi **NON** finalizzati all'utilizzo nell'elezione di procedure complesse e nell'urgenza (per questi ultimi casi è stato pubblicato separato avviso per verifica situazione di infungibilità tecnica ai fini dell'avvio di specifica procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 – rif. *“1461PN Procedura negoziata - Fornitura Microcateteri per embolizzazione Progreat”*).

Ancona li 03.02.2017

Il Direttore
Emanuele Giammarini

SCHEDA FABBISOGNO

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUA	BASE D'ASTA UNITARIA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA AL NETTO IVA	IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA AL NETTO IVA
1	Microcatetere idrofilo con guida per embolizzazione periferica progettato per procedure superselettive, infusione mezzo di contrasto, materiali embolizzanti e/o agenti terapeutici. Diametro esterno compreso tra 1,7 FR e 3.0 FR, Lunghezza del catetere compresa tra 110 cm. e 150 cm.	86	€ 450,00	€ 38.700,00	€ 116.100,00
2	Microcatetere idrofilo senza guida per embolizzazione periferica progettato per procedure superselettive, infusione mezzo di contrasto, materiali embolizzanti e/o agenti terapeutici. Diametro esterno compreso tra 1,7 FR e 3.0 FR, Lunghezza del catetere compresa tra 110 cm. e 150 cm.	55	€ 450,00	€ 24.750,00	€ 74.250,00
			totale	€ 63.450,00	€ 190.350,00

CRITERI DI VALUTAZIONE

Lotto	Descrizione lotto	PUNTI	Criteri Valutazione	Criteri Motivazionali di assegnazione del Punteggio
1	Microcatetere idrofilo con guida per embolizzazione periferica progettato per procedure superselettive, infusione mezzo di contrasto, materiali embolizzanti e/o agenti terapeutici. Diametro esterno compreso tra 1,7 FR e 3.0 FR, Lunghezza del catetere compresa tra 110 cm. e 150 cm.	10	V1 - Resistenza all'inginocchiamento	Il punteggio conseguibile relativamente a tale voce potrà essere pari a 0 in caso di mancanza del requisito, al valore massimo pari a 10 punti in presenza di requisito ottimale, oppure a valori intermedi in ragione della maggiore o minore presenza della caratteristica
		10	V2 - Compatibilità con diversi agenti embolizzanti	Il punteggio conseguibile relativamente a tale voce potrà essere pari a 0 in caso di mancanza del requisito, 5 punti per compatibilità con Cianometilacrilato; 10 punti per compatibilità con DMSO
		5	V3- Gamma di misure e configurazione della punta	Il punteggio conseguibile relativamente a tale voce potrà essere pari a 0 in caso di gamma molto ridotta di misure e configurazione della punta, al valore massimo pari a 5 punti in presenza di ampia gamma di misure e configurazione della punta, oppure a valori intermedi in ragione della maggiore o minore presenza della caratteristica
		15	V4-caratteristiche strutturali della guida	Il punteggio conseguibile relativamente a tale voce potrà essere pari a 0 in caso di caratteristiche atraumaticità della punta e controllo di torsione carenti , al valore massimo pari a 15 punti in presenza di caratteristiche ottimali di atraumaticità della punta e controllo di torsione, oppure a valori intermedi in ragione della maggiore o minore presenza delle caratteristiche di atraumaticità della punta e controllo di torsione
		10	V5-lunghezza della porzione idrofila distale	Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: $P5 = P5_{max} \cdot (V5/V5_{max})$ P5max=punteggio massimo attribuibile per il crieterio V5 V5=valore dell'offerta in esame per il criterio V5 V5max=Valore massimo offerto fra tutti i concorrenti per il criterio V5
		10	V6 - navigabilità	Il punteggio conseguibile relativamente a tale voce potrà essere pari a 0 in caso di caratteristiche di navigabilità carenti , al valore massimo pari a 10 punti in presenza di caratteristiche ottimali di navigabilità, oppure a valori intermedi in ragione della maggiore o minore presenza della caratteristica di navigabilità.
	TOTALE PUNTI QUALITA'	60		

Saranno dichiarati **idonei** ed **ammessi** alla procedura i prodotti che avranno raggiunto un punteggio qualitativo determinato dalla sommatoria delle singole voci maggiore o uguale a **30 punti**.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Lotto	Descrizione lotto	PUNTI	Criteri Valutazione	Criteri Motivazionali di assegnazione del Punteggio
2	Microcatetere idrofilo senza guida per embolizzazione periferica progettato per procedure superselettive, infusione mezzo di contrasto, materiali embolizzanti e/o agenti terapeutici. Diametro esterno compreso tra 1,7 FR e 3.0 FR, Lunghezza del catetere compresa tra 110 cm. e 150 cm.	12	V1 - Resistenza all'inginocchiamento	Il punteggio conseguibile relativamente a tale voce potrà essere pari a 0 in caso di mancanza del requisito, al valore massimo pari a 12 punti in presenza di requisito ottimale, oppure a valori intermedi in ragione della maggiore o minore presenza della caratteristica
		14	V2 - Compatibilità con diversi agenti embolizzanti	Il punteggio conseguibile relativamente a tale voce potrà essere pari a 0 in caso di mancanza del requisito, 7 punti per compatibilità con Cianometilacrilato; 14 punti per compatibilità con DMSO
		10	V3- Gamma di misure e configurazione della punta	Il punteggio conseguibile relativamente a tale voce potrà essere pari a 0 in caso di gamma molto ridotta di misure e configurazione della punta, al valore massimo pari a 10 punti in presenza di ampia gamma di misure e configurazione della punta, oppure a valori intermedi in ragione della maggiore o minore presenza della caratteristica
		12	V4-lunghezza della porzione idrofila distale	Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: P4 = P4max*(V4/V4max) P4max=punteggio massimo attribuibile per il crieterio V4 V4=valore dell'offerta in esame per il criterio V4 V4max=Valore massimo offerto fra tutti i concorrenti per il criterio V4
		12	V5-navigabilità	Il punteggio conseguibile relativamente a tale voce potrà essere pari a 0 in caso di caratteristiche di navigabilità carenti , al valore massimo pari a 12 punti in presenza di caratteristiche ottimali di navigabilità, oppure a valori intermedi in ragione della maggiore o minore presenza della caratteristica di navigabilità.
	TOTALE PUNTI QUALITA'		60	

Saranno dichiarati **idonei** ed **ammessi** alla procedura i prodotti che avranno raggiunto un punteggio qualitativo determinato dalla sommatoria delle singole voci maggiore o uguale a **30 punti**.