



Via S. Margherita 5 - 60124 ANCONA
Tel. 071/800.4606- 4710 – 4744 – 4749 – 4750 – 4753 - 4810
Fax 071/35941
e mail: v.nardi@inrca.it

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Veruschka Nardi

I.N.R.C.A.

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER VERIFICARE L'INFUNGIBILITA'

Questo Istituto intende procedere all'acquisto di Presidi "INTERSTIM" e dispositivi medici dedicati alla neuromodulazione sacrale prodotti dalla ditta MEDTRONIC ITALIA SpA da destinare alla UOC di Neurologia del POR INRCA di Ancona per un periodo di 36 mesi ed un importo complessivo presunto di € 377.046,00 + IVA.

Le caratteristiche tecniche che la fornitura in argomento deve possedere sono di seguito indicate:

CARATTERISTICHE TECNICHE	IMPORTO presunto annuo IVA esclusa
Sistema di neuromodulazione "INTERSTIM" per stimolazione dei nervi sacrali finalizzata al trattamento dei disturbi cronici del pavimento pelvico, delle basse vie urinarie e della parte finale dell'intestino che presentino un elevato profilo di sicurezza e siano reversibili per trattare pazienti che non hanno avuto benefici o siano intollerabili ad altri trattamenti farmacologici o non farmacologici. L'impianto va eseguito in via percutanea, con metodica miniinvasiva ed è preceduto da un test di valutazione della funzionalità delle radici sacrali (PNE test). Il percorso terapeutico si svolge in due tempi con una prima fase di impianto di elettrocatteter (1 tempo) seguito a distanza di alcuni giorni dall'impianto definitivo del neurostimolatore, in caso di risultato positivo del 1 tempo. Gli elettrocatteteri devono essere dotati di "alette" che ne consentano il fissaggio dopo il posizionamento e riducono il rischio di movimenti assiali o spostamento degli elettrodi presenti nella parte distale dell'elettrocatteter; agli elettrocatteteri vanno collegati neurostimolatori multiprogrammabili che consentano la definizione di almeno 4 diversi programmi di stimolazione dei nervi sacrali mediante un programmatore esterno specifico per il medico ed un programmatore differente gestito autonomamente dal paziente.	€ 125.682,00

La presente indagine di mercato ha valore di verifica dell'infungibilità della fornitura in oggetto e quindi della possibilità di affidamento della stessa, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b.2 del Dlgs n. 50/2016, alla ditta MEDTRONIC ITALIA SpA, individuata dal Responsabile della UOC di Neurologia del POR INRCA di Ancona.

Gli operatori economici interessati potranno fare pervenire, entro le ore 12.00 del 01.12.2017, una manifestazione di interesse avente per oggetto "Manifestazione di interesse fornitura di presidi INTERSTIM", al seguente indirizzo pec: "inrca.protocollo@actaliscertymail.it".

Nella predetta manifestazione le ditte dovranno, ai sensi del DPR 445/2000, espressamente dichiarare e dimostrare di poter effettuare la fornitura richiesta, anche in ragione del possesso delle eventuali autorizzazione necessarie.

Si precisa che, nella fase successiva di partecipazione alla procedura, la ditta dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016.

La richiesta di partecipazione suddetta non potrà essere in alcun modo vincolante per l'Istituto che si riserva, comunque, la facoltà di non proseguire con la propria attività negoziale.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Dott.ssa Cristina Sirolla – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica - Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona - tel. 071.800.4750 – fax 071.35941 - e.mail: c.sirolla@inrca.it.

Ancona, 16.11.2017

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Veruschka Nardi